



Soluções para Saúde




### Proposta de Preço

A Prefeitura Municipal de Salitre  
Ref.: Pregão Eletrônico Nº ° 2023.02.17.02  
Processo Administrativo nº 0009.20221209/0001-22

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de aparelho de Raio-X, destinado ao Hospital de Pequeno Porte São Francisco do município de Salitre/CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Identificação da Empresa.

Licitante: Hit Care Nordeste Importação, Comércio e Serviços de Produtos Médicos, Odontológicos e Hospitalares Ltda – CNPJ: 33.921.755/0001-88. – Inscrição Estadual: 06.144027-2.  
Endereço: Rua Edgar Damasceno nº 65, Bairro: Meireles, Cidade: Fortaleza-Ce, CEP: 60120-010.  
Representante Legal: José Emilson Motta Barros de Oliveira Júnior, Brasileiro, Casado, Dentista, RG: 8910002018460-SSP-CE, CPF: 440.589.853-72. Domiciliado à Rua Ana Bilhar, 867 apto 1402, Bairro: Meireles.  
Telefone: (85) 3122-5700 – (85) 9 8204-4475.  
E-mail: [licitacao@hitsuade.com](mailto:licitacao@hitsuade.com)  
Dados Bancários: Banco do Brasil (001) –Ag: 1229-7 - Conta Corrente nº 69472-X



Item	Especificação	Quant.	Und.	Marca	Preço Unitário	Preço Total R\$
1	Aparelho de raio – x com gerador com tecnologia em alta frequência controlado por microprocessadores, em potencial constante. Alimentação 220/380V, 50/60Hz; trifásico Potência de 40kW; Compensação automática de rede +/- 10%; Proteção térmica do tubo de raios-X; Indicadores de autodiagnóstico para falhas do sistema; Mesa de comando com ajustes de kV, mA, tempo e mAs; com escalas independentes: Ajuste de kV de 30 a 125kV em passos de 1kV; Ajuste de mA em escala logarítmica de 10 mA a 500mA através das seguintes estações de mA:10, 12,5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63*, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500mA; Variações de mAs de 0,1 a	1	UND	RX : CDK Detector: Carestream Impressora: Carestream	R\$ 305.000,00	R\$ 305.000,00

Rua Edgar Damasceno nº 65 - Meireles – Fortaleza – CE  
CNPJ: 33.921.755/0001-88  
(85) 3122-5700  
[licitacao@hitsuade.com](mailto:licitacao@hitsuade.com)



Soluções para Saúde




<p>630mAs; sendo 0.1, 0.125, 0.16, 0.2, 0.25, 0.32, 0.4, 0.5, 0.63, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630mAs. Tempo de exposição de no mínimo 0,001 a 10 segundos através das seguintes estações de tempo: Milissegundos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64*, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, Segundos: 1, 1,25, 1,6, 2, 2,5, 3,2, 4, 5, 6,4*, 8, 10. 500 técnicas programáveis e editáveis. Indicação de exposição por sinal sonoro e luminoso. Tubo de raios-X com Focos 0,6mm e 1,2mm; Capacidade térmica do ânodo de pelo menos 300kHu; Capacidade térmica do conjunto emissor de pelo menos 1200kHU. Coluna Porta Tubo tipo chão, chão; Movimento giratório do eixo da coluna de +/- 180°; Freios eletromagnéticos liberados através de botões; Rotação do tubo +/- 180°; Braço telescópico de 30cm; Goniômetro para indicação da angulação do tubo. Mesa Radiográfica tampo fixo; Dimensões mínimas do tampo 200cm de comprimento x 80cm de largura x 70cm de altura. Capacidade de carga 300Kg; Potter bucky oscilante, bandeja com sistema de auto centralização de chassis para filmes ou cassetes de 13x18 cm a 35x43 em qualquer direção; Grade anti-difusora de alta resolução. 10.1:103 linhas. Bucky Mural com deslocamento vertical de 140cm; Freio mecânico; Potter bucky oscilante, bandeja com sistema de auto centralização de chassis para filmes ou cassetes de 13x18 cm a 35x43 em qualquer direção; Grade anti-difusora de alta resolução 10.1:103 linhas. Colimador manual; Temporizador de 30 segundos para desligamento automático; Filtração inerente mínima de 2 mm Al equivalente. Par de cabo de alta tensão de 150KV flexível.</p> <p>DETECTOR DIGITAL WIRELESS (DR)</p> <p>Detector digital wireless DR para exames em sala de raios X, para aplicações em pacientes adultos e pediátricos; Características Gerais: Painel digital de estado sólido do tipo Flat Panel, com</p>					
---	--	--	--	--	--

Rua Edgar Damasceno nº 65 - Meireles - Fortaleza - CE  
CNPJ: 33.921.755/0001-88  
(85) 3122-5700  
[licitacao@hitsaude.com](mailto:licitacao@hitsaude.com)

<p>conexão entre o detector digital e o console de aquisição realizada sem fio; Adaptável aos equipamentos sala de raios-x fixos analógicos existentes na instituição, para realização de exames de rotina e/ou emergência, com detector posicionado na gaveta/bucky ou fora do mesmo; sistema deverá composto de: 01 x Detector Flat Panel (FPD – Flat Panel Detector); 01 x Carregador da fonte de energia com 1 bateria adicional de polímero de íon de lítio; O detector possui grau de proteção IP44, Proteção contra poeira e Proteção contra imersão temporária em água, conforme IEC 60529. 01 x Console de aquisição, visualização e manipulação de imagens com software de distribuição de imagem de 8 visualizações simultâneas nativo ao software do equipamento, ou seja, possibilidade de distribuir a imagem sem a necessidade de abrir uma nova aplicação; Software que possibilite a reconstrução de exames de coluna total com a emenda manual; O sistema será entregue com todos os cabos, conectores, dispositivos e softwares necessários para o funcionamento; Garantia de 02 anos para o sistema incluindo todas as baterias e o detector; Painel Digital: Detector Wireless de estado sólido, utilizando cintilador a base de Iodeto de Césio – CsI; Tamanho: 35x43cm; Tamanho do Pixel: a 150µm (microns); Conversor A/D de , 16 bits; Matriz do Detector: Maior ou igual a 2304x2800. Com fonte de energia: Bateria, com tempo de carregamento completo menor que 3 horas; Peso Máximo do Detector (com uma bateria): 3.36 Kg; Capacidade de suportar 150 kg distribuídos sobre a superfície do detector. Estação de Trabalho: Monitor de 21.5 polegadas”; Gabinete com configuração : Processador – Core i5, 1Tb de armazenamento Hard Disk e 8GB de memória RAM. Gravador de CD/DVD. 01 teclado e 01 mouse óptico, ambos com conector padrão USB Software de Aquisição das Imagens: Exibição das imagens em até 4 segundos após a exposição (pré-visualização), e no</p>					
--	--	--	--	--	--

✓

*[Handwritten signatures and marks]*




Soluções para Saúde



<p>8 segundos para imagem processada Inserção de dados do paciente de forma manual ou utilizando protocolo DICOM Worklist; Permite a gravação de imagens em CD/DVD; Ferramentas de processamento das imagens adquiridas com seguintes recursos: Configuração pelo usuário dos protocolos de aquisição e processamento por diferentes regiões anatômicas; Ajuste de latitude, contraste e brilho independentemente; Recorte da imagem; Inserção de textos fixos e editados pelo usuário; Magnificação da imagem para visualização; Rotação e inversão da imagem; Pacote de conectividade DICOM 3.0.</p> <p>Sistema de impressão de filmes: Sistema de Impressão de filmes radiográficos laser a seco para radiologia geral e demais modalidades médicas, carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade 125 filmes, resolução de impressão de 308 dpi, resolução output de contraste de 14 bits, 01 gaveta com capacidade de trabalhar com todos os tamanhos de filmes (um por vez) carregados no equipamento. Controle da densidade do filme; conexão com equipamentos de CR e outras modalidades através do protocolo DICOM 3.0; alimentação elétrica 110 V/60Hz ou 220V/60Hz.</p> <p>Incluso instalação e treinamento de todos os técnicos de radiologia.</p> <p>Incluso Nobreak compatível com os equipamentos.</p> <p>Raio-X Marca: CDK Fabricante: CDK Registro Anvisa: 80119610007 Detector Marca: Carestream Fabricante: Carestream Modelo: Focus 35C</p>					
---	--	--	--	--	--

Rua Edgar Damasceno nº 65 - Meireles – Fortaleza – CE  
CNPJ: 33.921.755/0001-88  
(85) 3122-5700  
[licitacao@hitsaude.com](mailto:licitacao@hitsaude.com)



Soluções para Saúde



Procedência: Shangai, China. Registro Anvisa: 80378750064 Software Image Suit  Marca: Carestream Fabricante: Carestream Registro Anvisa: 80378750052 Procedência: Estados Unidos  Modelo Impressora: DryView 5700 Marca Carestream. Fabricante: Carestream Registro Anvisa: 80378750032 Procedência: Estados Unidos					
Valor unitário: R\$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais) Valor Total R\$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais)					

#### Condições Gerais

- A Proposta possui validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da sessão pública.
- O prazo de entrega será de 20 (vinte dias) dias.
- Prazo de garantia do aparelho de raio-x (doze) meses a partir da data de instalação.
- Prazo de garantia do detector 24 (vinte e quatro) meses
- prazo de garantia da impressora 12 (doze) meses.
- Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias após emissão da nota fiscal.
  
- No valor apresentado na proposta está contemplado todas e quaisquer despesas necessárias ao fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela Contratada das obrigações.
  
- Todos os itens serão testado, incluindo todos os acessórios para o seu devido funcionamento. Caso o equipamento apresente problemas durante o período de garantia que terá início conforme mencionado, a contratada deverá providenciar o atendimento no prazo de até 04 (quatro) horas a partir da hora da abertura do chamado.
  
- A Fabricante garante reposição de peças no prazo de 10(dez) anos.
  
- São assegurados os serviços de assistência técnica a empresa Fabricante e manutenção de acordo com o cronograma que e recomendado nos manuais de operacao e de servico do fabricante.
  
- Declaramos que possuímos Assistência técnica autorizada pelo fabricante, com técnico residente na cidade de Missão Velha – CE.

Fortaleza, 15 de março de 2023.

JOSÉ EMILSON MOTTA BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR  
DIRETOR  
RG: 8910002018460-SSP-CE  
CPF: 440.589.853-72  
Tel.: 85-3122-5700  
E-mail: [emilson.barros@hitsaude.com](mailto:emilson.barros@hitsaude.com)

Rua Edgar Damasceno nº 65 - Meireles – Fortaleza – CE  
CNPJ: 33.921.755/0001-88  
(85) 3122-5700  
[licitacao@hitsaude.com](mailto:licitacao@hitsaude.com)

33.921.755/0001-88  
Insc. Estadual: 06.144027-2  
COMERCIO  
HIT CARE NORDESTE LOPSPM O'H LTDA